

SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN
TTYT THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 481 /CV-TTYT
V/v: Yêu cầu báo giá

Sông Công, ngày 23 tháng 5 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa, nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa tại Việt Nam

Trung tâm y tế thành phố Sông Công có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế thành phố Sông Công
Địa chỉ: Số 370 đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ của người, đơn vị, phòng ban chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khoa Dược
Số điện thoại: 0988 500 117. Email: ttytsongcong@thainguyen.gov.vn
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, Trung tâm y tế thành phố Sông Công, Số 370 đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
Hoặc qua địa chỉ email: ttytsongcong@thainguyen.gov.vn
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày thông tin đăng tải thành công trên Cổng thông tin của Trung tâm y tế thành phố Sông Công.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 100 ngày, kể từ hết hạn nộp báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa mua sắm, thuê dịch vụ sửa chữa

1.1. Danh mục hàng hóa mua sắm

(Chi tiết tại phụ biểu 01 chi tiết đính kèm)

1.2. Danh mục thuê dịch vụ sửa chữa:

(Chi tiết tại phụ biểu 02 chi tiết đính kèm)

Tính năng, thông số kỹ thuật, yêu cầu chất lượng của hàng hoá, dịch vụ đề nghị mua sắm, thuê dịch vụ mà đơn vị đưa ra là tối thiểu. Các nhà thầu có thể chào hàng hoá dịch vụ có Tính năng, thông số kỹ thuật, yêu cầu chất lượng tương đương hoặc cao hơn để phục vụ tốt công tác chuyên môn khám chữa bệnh tại đơn vị.

- Địa điểm cung cấp: Tại Trung tâm y tế thành phố Sông Công

- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Trung tâm sẽ thanh toán nhiều lần theo giá trị từng lần giao hàng sau khi hàng hóa được vận chuyển,



nghiệm thu, bàn giao tại Trung tâm y tế thành phố Sông Công; Hoá đơn giá trị gia tăng (VAT), bên bán cung cấp đầy đủ các chứng từ thanh toán theo quy định của Nhà nước.

5. Các thông tin khác:

- Đề nghị khi gửi báo giá Công ty gửi kèm Giấy phép đăng ký kinh doanh, catalog sản phẩm chào (nếu có);
- Mẫu báo giá các nhà cung cấp làm theo mẫu quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT.
- Các nhà thầu có thể chào giá riêng lẻ từng hạng mục hàng hóa, dịch vụ mà Quý đơn vị có khả năng cung cấp.

Xin trân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

 **GIÁM ĐỐC**

Võ Tổ Linh





PHỤ BIỂU 01 CHI TIẾT

(Kèm theo tờ trình số: 481 CV-TTYT ngày 23 /05/2024 của Trung tâm y tế thành phố Sông Công)

TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động	* Quang kế: - Ống hoặc cuvet 0.0 đến 3.0 Abs(A) - Dải đo tuyến tính: $\pm$ (1% của đọc + 0.005A) - Nguồn sáng: Bóng đèn Tungsten - Bước sóng chuẩn: 340, 405, 505, 545, 580, 630 nm, thêm 2 bước sóng tùy chọn từ 340 – 700 nm - Bộ lọc: IAD - Kích thước ống (nếu đo trực tiếp qua ống nghiệm): Ống nghiệm chuẩn 12 nm - Thể tích mẫu tối thiểu: 1 mL cho cách đo qua ống nghiệm 250 μL cho cách đo qua cuvette trong máy * Phần điện tử: - Hiển thị: Màn hình cảm ứng $\geq 3.5''$ LCD, hiển thị màu - Máy in: In nhiệt - Yêu cầu nguồn điện: 115V hoặc 230V AC, 1.5A, 50-60Hz (đầu vào chung) - Bộ xử lý: eZ80 - Giao tiếp: Chuột USB * Phần mềm: - Tốc độ: Đọc tính toán và in kết quả 3s/test - Chế độ tính toán: + Hiệu chuẩn đơn điểm bằng chuẩn hoặc hệ số + Hiệu chuẩn đa điểm với đường cong point – to point, tỷ lệ với chuẩn hoặc hệ số. - Chế độ lưu chữ: Chứa ≥ 500 kết quả test và ≥ 1000 kết quả kiểm soát. Hơn 50 kênh mở để lưu trữ test. Lưu trữ tất cả các thông số bao gồm bước sóng, tính toán, mã đơn vị, dải tính và tỷ lệ thời gian, giá trị chuẩn, tên test và đường cong trước đó * Khác - Điều khiển nhiệt độ: + Có bộ ủ nhiệt được tích hợp trên máy ≥ 12 vị trí + Đọc cell và khối ủ nhiệt: Lựa chọn bởi người dùng - Kích thước: Khoảng 24 x 34 x 13 cm, nặng khoảng 4.5kg - Phương pháp đọc: Có thể đọc ống trực tiếp hoặc qua Flowcell	Máy	01



		- Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA, CE, NIST hoặc tương đương * Cấu hình chuẩn: - Thân máy chính, màn hình LCD độ phân giải cao: 01 - Flow cell: 01 - Bình chứa nước thải: 01 - Giấy in nhiệt: ≥ 01 cuộn - Dây kết nối bình nước thải: 01 - Hướng dẫn sử dụng tiếng anh: 01 - Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: 01 * Yêu cầu khác - Hàng hóa cung cấp mới 100%, đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) - Năm sản xuất 2023 trở về sau		
--	--	---	--	--





PHỤ BIỂU 02 CHI TIẾT

(Kèm theo tờ trình số: 481 CV-TT/TT ngày 23 /05/2024 của Trung tâm y tế thành phố Sông Công)

TT	Danh mục thuê dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Sửa chữa Hệ thống máy chụp X-Quang kỹ thuật số	Bảng mạch bàn điều khiển máy X-Quang kỹ thuật số SHIMADZU mã hiệu MXQK TS - Hàng hóa cung cấp mới 100%, đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) - Năm sản xuất 2023 trở về sau - Tương thích với máy X-Quang kỹ thuật số SHIMADZU mã hiệu MXQK TS (về thiết kế, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ, yêu cầu về nguồn điện đầu vào...) - Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng	Dịch vụ	01
2	Sửa chữa Hệ thống máy nội soi dạ dày	Sửa chữa, thay thế vật tư cho máy nội soi dạ dày mã hiệu: EPK – 100p. Do hãng Pentax – Nhật Bản sản xuất * Dây nội soi dạ dày tá tràng Video - Hàng hóa cung cấp mới 100%, đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) - Năm sản xuất 2023 trở về sau - Bảo hành: Tối thiểu 6 tháng Phụ kiện chuẩn kèm theo: - 01 chổi rửa - 01 Ron cao su kênh thiết bị - 01 Adapter để làm sạch kênh hút KK/nước - 01 Bộ kiểm tra valve - 01 Adapter chải rửa đầu nối KK/nước - 01 Van cân bằng áp suất - 01 chai dầu Silicon - 01 Chồng cán dây - 01 Nắp đậy khi ngâm nước - 01 Hộp đựng thiết bị - 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh – Việt) Thông số kỹ thuật: - Dây soi thể hệ video có độ phân giải cao - Góc nhìn: $\geq 140^\circ$ - Khả năng uốn cong của đầu cuối ống soi: - Hướng lên/xuống: $\geq 210^\circ$ - Hướng phải/trái: $\geq 120^\circ$ - Độ sâu trường nhìn: $\geq 5\text{mm}$ đến $\leq 100\text{ mm}$ - Đường kính thân ống soi: $\leq 9.8\text{ mm}$	Dịch vụ	01



		- Độ dài làm việc: ≥ 1050 mm - Độ dài tổng: ≥ 1373 mm - Đường kính kênh sinh thiết: ≥ 2.8 mm - Chức năng chống xoắn dây tại đầu nối PVE với nguồn sáng xoay được: $\geq 180^\circ$ * Màn hình chuyên dụng cho máy nội soi - Hàng hóa cung cấp mới 100%, đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng - Kích cỡ hình ảnh: 68,6 cm (27 inch) - Độ phân giải: 2.560x1.440 pixels - Độ sáng: 350 cd/m² - Độ tương phản: 1.000:1 - Hiệu suất màu: 16,7 triệu màu * Bóng đèn Xenon cho máy nội soi dạ dày - Hàng hóa cung cấp mới 100%, đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Công suất: 100W - Nhiệt độ màu: ≤ 6500K - Bảo hành: Tối thiểu 6 tháng		
--	--	---	--	--

